

ESCLARECIMENTO Nº 02

EDITAL Nº 009/2022 - PREGÃO PRESENCIAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM NOVOS

O Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Maranhão, por meio da Comissão Integrada de Licitação, designada pela Portaria Conjunta nº 043/2020, torna público o esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe, conforme disposto abaixo:

EMPRESA: IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL

QUESTIONAMENTO:

O equipamento de RX Innovision opera com alimentação elétrica 380V Trifásico. Sendo assim, para melhor atendermos à Instituição solicitamos esclarecimento a qual alimentação elétrica será disponibilizada na sala de RX? Lembrando que essa informação é de suma importância para os fabricantes ofertarem equipamentos que se equiparam, e evitar a possível entrega de um transformador de tensão 220V para 380V trifásico sem que haja necessidade.

RESPOSTA:

As instalações elétricas da unidade SESI Clínica têm plena capacidade para atender equipamentos com a tensão de trabalho de 380V, salientamos ainda que a unidade recebe energia da concessionária local (Equatorial) na tensão de 13.8KV, e que a mesma possui um sistema de transformação de energia próprio (Subestação Aérea). Isto posto a unidade SESI Clínica tem plena capacidade de atender uma demanda de tensão trifásica.

Fonte: Coordenadoria de Engenharia – COENG

QUESTIONAMENTO:

Solicitamos esclarecimento se o termo "grade fixa" é de não removível, ou refere-se à grade estacionária que não oscila?

RESPOSTA:

Quanto ao **Bucky com grade fixa** (Para bucky mural e bucky mesa) **refere-se à grade estacionária que não oscila.**

Fonte: Unidade SESI de Segurança e Saúde no Trabalho – SESI Clínica

São Luís, 20 de janeiro de 2022.

Luana R. de Carvalho
Comissão Integrada de Licitação
Sistema FIEMA - SESI/SENAI/DR-MA